

EG-Konformitätserklärung für Medizinprodukte

Wir, der Hersteller

GOTTLIEB WEINMANN

Geräte für Medizin und Arbeitsschutz GmbH+Co.
Kronsaalsweg 40 · D – 22525 Hamburg

erklären in alleiniger
Verantwortung,
daß das Produkt

Artikelbezeichnung: **Druckminderer**

Typ/Modelle: **OXYWAY® Druckminderer**
– fest eingestellt
– stufenlos einstellbar
– rastend einstellbar

den einschlägigen
Bestimmungen der
nachstehenden
Richtlinie entspricht:

Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte


Klassifizierung:

II b

angewendete Normen,
insbesondere:

EN 738-1/1997

Hamburg, den 28. 11. 1997


Dr. J. Griefahn
Geschäftsführer
Sprecher der Geschäftsleitung


Dr. K.-A. Feldhahn
Geschäftsführer
Technik und Logistik