

# EF-konformitetserklæring for medicinsk udstyr

---

Vi, producenten

Weinmann  
Geräte für Medizin GmbH+Co.KG  
Kronsaalsweg 40 · D - 22525 Hamburg

erklærer med eneansvar,  
at produktet

Artikelbetegnelse: **Udsugningspumpe**  
Type/model: **ACCUVAC Basic**

svarer til de pågældende  
bestemmelser og de  
efterfølgende direktiver:

93/42/EØF om medicinske udstyr  
Direktiv 95/54/EF Krav til elektromagnetisk kompatibili-  
tet for visse køretøjer og deres udstyr.


Klassificering:

II b

anvendte standarder,  
især:

EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995  
EN 60601-1-2: 1993, EN ISO 10079-1:1996  
EN 1789 : 2003

Hamburg, den 08.06.2001,  
ændret den: 29.01.2006



Dr. K.-A. Feldhahn  
Forretningsfører  
Innovation og teknologier

**WEINMANN**