

# Dichiarazione di conformità alle norme CE per dispositivi medici

---

Il produttore

Weinmann  
Geräte für Medizin GmbH+Co.KG  
Kronsaaßweg 40 · D – 22525 Hamburg

dichiara sotto propria  
responsabilità che il prodotto

denominazione d'articolo: **Pompa di aspirazione**  
tipo/modello: **ACCUVAC Basic**

corrisponde alle vigenti  
disposizioni in materia, come  
riportate nelle seguenti direttive:

93/42/CEE relativa ai dispositivi medici  
Direttiva 95/54/CE relativa alla compatibilità  
elettromagnetica dei veicoli e dei relativi componenti


Classificazione:

II b

Norme applicate,  
in particolare:

EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995  
EN 60601-1-2: 1993, EN ISO 10079-1:1996  
EN 1789 : 2003

Amburgo, li 09.06.1998,  
modificato il 29.01.2006



Dr. K.-A. Feldhahn  
Dirigente  
Innovazione & Tecnologie

**WEINMANN**