

Declaração CE de Conformidade para dispositivos médicos

Nós, o fabricante

Weinmann
Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
KronsaaSweg 40 · D – 22525 Hamburg

declaramos sob nosso
exclusivo compromisso
que o produto

Designação do artigo: **bomba de sucção**
Tipo/modelo: **ACCUVAC Basic**

cumpra o disposto nas
seguintes directivas:

Directiva 93/42/CEE relativa aos
dispositivos médicos
Directiva 95/54/CEE relativa à compatibilidade
electromagnética dos veículos e componentes
associados


Classificação:

II b

Normas aplicadas, sobretudo:

EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995
EN 60601-1-2: 1993, EN ISO 10079-1:1996
EN 1789 : 2003

Hamburgo, aos 13.07.1999,
alterado em: 29.01.2006



Dr. K.-A. Feldhahn
Gerente
Inovação e tecnologias

WEINMANN