

# EG-Konformitätserklärung für Medizinprodukte

---

Wir, der Hersteller

Gottlieb Weinmann  
Geräte für Medizin und Arbeitsschutz GmbH+Co.  
Kronsaalsweg 40 · D – 22525 Hamburg

erklären in alleiniger  
Verantwortung,  
daß das Produkt

Artikelbezeichnung: **Elektronisches  
Sauerstoff-Dosiersystem**

Typ/Modell: **OXYTRON®3**

den einschlägigen  
Bestimmungen der  
nachstehenden  
Richtlinie entspricht:

Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

Klassifizierung:

II a

angewendete Normen,  
insbesondere:

EN 60601-1/96  
EN 60601-1-2/93

Hamburg, den 26.08.1998



Dr. J. Griefahn  
Geschäftsführer  
Sprecher der Geschäftsleitung



Dr. K.-A. Feldhahn  
Geschäftsführer  
Technik und Logistik

**WEINMANN**